



Recommandations d'utilisation

Tubes BD Microtainer®


avec bouchon Microgard™ et EDTA K₂



Remplir le tube BD Microtainer EDTA entre 250 et 500 µl à l'intérieur des traits de jauge minimum et maximum.



Enfoncer le bouchon BD Microgard jusqu'à perception d'un « clic ».



Homogénéiser immédiatement le tube par 20 retournements lents.

BD, Le Pont de Claix, 38800, FR

bd.com/fr